

Автоклав (камера для выдержки цементного раствора) 34,5 мПа;400°С; две ячейки, стандартная глубина

Вид товара: 120-30



Технические характеристики 120-30:

Максимально допустимая рабочая температура:400°С

Максимально допустимое рабочее давление:34500 кПа

Испытательная камера рассчитана на 8 образцов

Прибор содержит 2 испытательных камеры

Цифровой программируемый температурный контроллер

Цифровое отображение температуры

Программируемый электронный таймер для фиксации истекшего времени

Система быстрого охлаждения испытательной камеры

Для безопасности оператора предусмотрены предохранительный клапан и предохранительная головка с разрывной мембраной

Двойная форма соответствует стандарту ASTM C-109

Прибор может быть использован для анализов тампонажных цементов в соответствии со Спецификацией 10 стандарта API

Требования для установки прибора:

OFI Testing Equipment, Inc.

Подача воздуха: 100 psi

Водяное охлаждение: 40 psi

Источник питания: 220В,50/60Гц, 20А

По дополнительному заказу:

120-31 Комплект запчастей для 120-30

Источник: <http://ofite.ru/node/202>